LIBANESE

QUANT_2023_12_29 Burbuka_24 1/5/2024 2:36:15 PM

veridia Analisi

Dati del Cliente
Ragione Sociale: AVOT SRLS
Indirizzo sede legale: VIA RUGGI, 9/B,
CAP, comune e provincia: 40137 BOLOGNA (BO)
P.IVA/C.F.: 03941861209

REPORT D'INDAGINE TECNICO - ANALITICA

Informazioni del campione
Nome del campione: Burbuka_24
ID Campione: Burbuka_24
Data analisi: 29/12/2023
Matrice: BIOMASSA LAVORATA DI CANAPA DA SEME CERTIFICATO CONSENTITO PER GLI USI DI CUI ALLA LEGGE 242.16
Varietà: FINOLA
Nr. Lotto Semi: B32023202000004_51
Nr. Lotto Interno: BUR23
Campionamento: A CURA DEL CLIENTE

Peak Information

#	Peak Name	CH	Quantity	% p/p
1	CBDA	1	11.6669 [ug/ml]	4.46665
2	CBGA	1	0.831092 [ugml]	0.318182
3	CBG	1	0.367694 [ugml]	0.140771
4	CBD	1	32.4120 [ug/ml]	12.4089
5	THC	1	0.287239 [ug/ml]	0.109969
7	THCA	1	0.237338 [ug/ml]	0.0908644

% = %(p/p) = (Peso dell'analita/Peso del prodotto)
* Il THC/CBD totale è calcolato usando le formule seguenti così da calcolare la perdita del gruppo carbossilico durante la decarbossilazione

THC Totale = THC+(THCA*0.877)
CBD Totale = CBD+(CBDA*0.877)

THC TOTALE: 0.19 %
CBD TOTALE: 16.33 %
CBG TOTALE: 0.42 %

Chromatogram



L'analisi per la determinazione quantitativa dei principali fitocannabinoidi è stata rilasciata il 05/01/2024

Veridia Italia srl emette i risultati di prova analitici in accordo con gli standard di laboratorio applicabili utilizzando metodiche di analisi validate dalla comunità scientifica.
Si precisa, tuttavia, che ogni metodica analitica ha dei valori di accuratezza e precisione propri e che analizzando lo stesso campione con metodiche diverse potrebbero ottenersi risultati differenti. Per tali ragioni Veridia Italia non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali differenze di risultato dovute alla ripetizione dei medesimi esami da parte di altri soggetti e/o in differenti condizioni, nonché dall'applicazione di metodologie analitiche diverse e/o dall'utilizzo di altre strumentazioni rispetto a quelle impiegate dalla presente Azienda.
Si dichiara che tutto il campione fornito è stato utilizzato per le analisi e che gli eventuali scarti sono stati eliminati.
Il presente documento è trasmesso come originale informatico unico per l'uso esclusivo del Richiedente, senza possibilità di essere riprodotto, salvo accordi in forma scritta con Veridia Italia, che ne conserverà comunque copia.

05/01/2024

Responsabile di Laboratorio - Marco Antolini